

## 二、验收结论

大理娃哈哈食品有限公司废水排放口自动监测设备的选型、安装、仪器站房建设、排污口规范化基本符合相关的建设规范，数据采集传输符合《污染源在线自动监控（监测）系统传输标准》（HJ 212-2017）要求。比对检测结果符合验收评判要求。在线监测设备运行正常，建立了系统运行维护管理制度和人员岗位职责并上墙。运维管理记录基本齐全，验收组同意整改完善后通过验收。

## 三、建议及后续要求

- 1、补充完善站房标识牌，设备参数信息公示牌；
- 2、按照《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》规范和完善管理制度和运维台帐；
- 3、按照危废管理规定做好废液的收集、储存和转移处置工作。
- 4、整改完成后的相关材料应精装后报当地环保部门备案。
- 5、加强在线监测设施的运维管理，确保在线监测设备正常稳定运行及检测数据真实可靠。杜绝擅自调整参数及其他监测数据弄虚作假行为。

验收组成员见签到表

大理娃哈哈食品有限公司  
2019年8月16日



